



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dr. Sandro Possamai

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI “TUBO MEDICALE DI RACCORDO PER ASPIRAZIONE IN PVC PER LA CONNESSIONE DI SISTEMI DI ASPIRAZIONE”

ID SINTEL: 204878548- CHIARIMENTI

In applicazione di quanto previsto dall’art. 7 del disciplinare relativo all’indagine di mercato in oggetto, in merito alle richieste di chiarimento pervenute, si comunica quanto segue:

Chiarimento

Quesito: *“Con riferimento alla procedura in oggetto relativa ai tubi, siamo a chiedere gentilmente un chiarimento: la richiesta del raccordo F-M: "deve consentire o il raccordo del tubo alla cannula Yankauer (tramite raccordo F) o la connessione di 2 tubi di aspirazione tra loro (tramite raccordo M composto da tubicino estraibile)" è da considerarsi alternativa nel senso che o consente il raccordo del tubo alla cannula yankauer o la connessione dei 2 tubi di aspirazione tra loro (tramite raccordo M composto da tubicino estraibile)? Oppure deve fare tutte e due le funzioni?”*

Risposta: Il dispositivo deve potersi collegare ad una estremità con l'aspiratore (raccordo F).

All'altra estremità (raccordo M/F) il dispositivo deve garantire, non contemporaneamente, 2 funzioni in base alle necessità:

- il raccordo alla cannula Yankauer (raccordo F);
- il raccordo ad un altro tubo di aspirazione (raccordo M).

Distinti saluti.

Firmato
IL DIRETTORE U.O.C.
PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dr Sandro Possamai

Responsabile del Procedimento: Possamai dott. Sandro

Referente procedura:

Borin dott. Elisa

Tel. 0444-75.5674

e mail: elisa.borin@aulss8.veneto.it