

Azienda ULSS8 Berica Prot n.0109438/25 del 24/10/2025



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dr. Sandro Possamai

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA
DI "SONDE PER ALIMENTAZIONE ED ASPIRAZIONE" – ID SINTEL 208452595 - CHIARIMENTI**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del disciplinare relativo alla procedura in oggetto, in merito alle richieste di chiarimento pervenute, si comunica quanto segue:

Chiarimento 1

Quesito: in riferimento alla campionatura del lotto n. 2, è possibile campionare 5 pezzi di CH 16 e 5 pezzi di CH 18?

Risposta: Sì, è possibile.

Chiarimento 2

Quesito: in riferimento alla procedura in oggetto chiediamo quanto segue: LOTTO 1:

- a) si richiede di eliminare la richiesta "trasparente" per permettere alla maggior parte delle aziende di poter partecipare in quanto caratteristiche non significativa clinicamente;
- b) si richiede che la gamma con compatibilità pediatrica possa essere quella con diametro compreso da 6 a 10 Fr e che venga valutata la completezza della gamma di misure a disposizione;
- c) si richiede di valutare per la parte pediatrica misure di lunghezza comprese tra 50 e 125 cm.

Risposta:

- a) Si conferma quanto richiesto dal disciplinare (la trasparenza della sonda facilita l'individuazione di eventuali occlusioni).
- b) La gamma richiesta con compatibilità pediatrica è proprio quella con diametro compreso da 6 a 10 Fr; è stata chiesta la campionatura di 8 e 10 Fr, perché sono le misure più utilizzate. Tra i criteri preferenziali, definiti dall'art. 6 del disciplinare, è già presente "Ampia gamma di misure offerte".
- c) Le misure richieste sono quelle indicate nel disciplinare "lunghezza di 110 cm circa", pertanto verranno considerate sonde con lunghezza di 110 cm +/- 15 cm.

Chiarimento 3

Quesito: in riferimento al lotto n. 4 si chiede di poter offrire la sonda CH 25 in luogo della CH24, in quanto la gamma di misure del prodotto da noi commercializzato comprende appunto la misura CH25 e non la CH24.

Responsabile del Procedimento: Possamai dott. Sandro

Referente procedura: Borin dott. Elisa

Tel. 0444-75.5674

e mail: elisa.borin@aulss8.veneto.it

Risposta: L'art. 1 del disciplinare prevede che la descrizione delle caratteristiche tecniche "ha il mero scopo di individuare gli elementi funzionali del prodotto: le eventuali difformità saranno valutate ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 del D.L.gs. 36/2023". Pertanto, si ritiene possibile presentare anche la misura CH 25.

Chiarimento 4

Quesito: Facciamo presente che essendo la base d'asta del lotto 1 anormalmente bassa, non ci è possibile partecipare.

Risposta: si conferma la base d'asta.

Chiarimento 5

Quesito: La seguente per richiedere i seguenti chiarimenti: Lotto 6 : Sonda PU, diametro da 4 CH a 6 CH, lunghezza 120 cm circa:

1) Si chiede la conferma delle misure di diametro indicate, in quanto, per le applicazioni con le sonde tipo Salem, sono richiesti solitamente prodotti con diametro maggiore e di cui le aziende sono principalmente fornite. La scelta di queste misure potrebbe limitare la partecipazione delle aziende al lotto.

2) Nel capitolato si legge, tra le richieste di campionatura "n. 5 sonde di diametro 16 o 18 CH". Questa richiesta è conforme con quanto sottolineato al punto precedente ma è in contrasto con la descrizione del prodotto riportata nel capitolato di gara.

Risposta: La descrizione del lotto 6 (presente negli artt. 1 e 2 del disciplinare) contiene un refuso, la descrizione corretta è "Sonda PU, diametro da 16 CH a 18 CH, lunghezza 120 cm circa", pertanto contestualmente a questi chiarimenti si procede con la pubblicazione del **disciplinare rettificato** recante la descrizione corretta relativa al lotto 6 (le parti rettificate sono evidenziate in giallo).

Chiarimento 6

Quesito: In riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo conferma che trattasi di refuso le misure richieste per la campionatura del Lotto 6 (sonde di diametro 16 o 18 CH), in quanto non coincidenti con quelle richieste in capitolato di gara, vedasi sonde di diametro da 4 CH a 6 CH.

Risposta: La descrizione del lotto 6 (presente negli artt. 1 e 2 del disciplinare) contiene un refuso, la descrizione corretta è "Sonda PU, diametro da 16 CH a 18 CH, lunghezza 120 cm circa", quindi si confermano le misure richieste per la campionatura.

Distinti saluti.

Firmato
IL DIRETTORE U.O.C.
PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dr Sandro Possamai