

Dipartimento Amministrativo Unico
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
UOS Gare
Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Sandro Possamai

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE
DI SISTEMI MOTORIZZATI A BATTERIA CORREDATI DA MATERIALE DI
CONSUMO IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. DI ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

CIG B8B4D636B6
ID SINTEL 208939072
cod. appalto: MOTORI_ORTOPEDIA_2025

CHIARIMENTI DA N. 1 A N. 2

CHIARIMENTO N. 1

Domanda

Offerta economica: è possibile proporre offerta con noleggio attraverso società di leasing?

Risposta

Sono consentite le offerte nel rispetto della normativa di riferimento.

CHIARIMENTO N. 2

Domanda

a. In riferimento al capitolo tecnico, relativamente alla richiesta attacco Hudson (sia per il kit A che B), si evidenzia che solitamente il terminale più utilizzato non è il terminale Hudson ma il terminale Hudson modificato Trinkle. Chiediamo quindi conferma che debba essere offerto quest'ultimo tipo.

b. Relativamente all'art. 3 del CAPITOLATO TECNICO, tenuto conto del fatto che i manipoli reciproci non vengono utilizzati singolarmente e separatamente dal resto dei manipoli offerti nel medesimo kit A, si chiede conferma che i 6 manipoli reciproci vadano inclusi in 6 dei 12 kit A richiesti (6 kit manipoli rotante + sagittale + reciproca e 6 kit manipoli rotante + sagittale)

c. Nell'allegato 4 QUESTIONARIO TECNICO, nella sezione riferita al kit B vengono richieste le caratteristiche tecniche del manipolo sagittale. Non essendo tale manipolo richiesto in questo tipo di configurazione, si chiede conferma che si tratta di refuso e quindi tale parte non vada compilata.

Risposta

- a. In relazione alla composizione dei kit A e dei kit B di cui all'art. 3 del Capitolato Tecnico, si precisa che al punto 7 “*nr. 1 attacco tipo Hudson*”, potrà essere offerto un attacco Hudson o Hudson trinkle modificato compatibile con gli strumentari di uso comune.
- b. Si conferma.
- c. Si conferma che trattasi di refuso; nel documento “*Allegato 4 Questionario tecnico*” la sezione relativa al manipolo sagittale andrà compilata solo con riferimento al kit A (ortopedia maggiore).

IL DIRETTORE
*UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA*
Dott. Sandro Possamai