

Dipartimento Amministrativo Unico
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
UOS Gare
Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Sandro Possamai

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN ACCORDO QUADRO, DI DISPOSITIVI PER PAZIENTI PORTATORI DI PROTESI FONATORIA E PER ALTRI PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI

cod. appalto: ACCESSORI_FONATORIE_2025
ID SINTEL 209170530

CHIARIMENTI DA N. 4 A N. 7

CHIARIMENTO N. 4

Domanda

DGUE: la compilazione del DGUE online non va a buon fine perché le nostre selezioni non vengono riportate nel pdf generato. Chiediamo di poter caricare in gara un nostro DGUE standard in pdf firmato digitalmente.

Risposta

Il mancato funzionamento del modulo eDGUE potrebbe essere dovuto a momentanei malfunzionamenti della piattaforma. Si invitano, quindi, gli operatori economici, ad effettuare più tentativi per la compilazione del DGUE response, seguendo le istruzioni riportate nel documento di Aria “e-DGUE-Creazione Response” reperibile sul sito www.ariaspa.it > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali, sezione “operatore economico”,

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, gli operatori economici potranno allegare nella busta amministrativa il DGUE standard.

CHIARIMENTO N. 5

Domanda

Lotto 8 – salviette: si rileva una discrepanza tra la descrizione tecnica "Salviette dedicate per rimuovere adesivo senza alcool, Salviette dedicate per proteggere la cute prima del posizionamento dell'adesivo senza alcool" ed il criterio qualitativo n.2 "Efficacia della salvietta nell'applicazione di adesivo". Infatti tra le funzioni delle salviette rimuovi-adesivo e protettive non rientra quella di applicare adesivo. Chiediamo chiarimenti.

Risposta

Con riferimento al criterio di valutazione n. 2 relativo al lotto n. 8 “Efficacia nell'applicazione adesivo” si precisa che verrà apprezzata maggiormente la salvietta protettiva garantisce la successiva applicazione dell'adesivo in maniera efficace.

CHIARIMENTO N. 6

Domanda

Richiesta informazioni LOTTO 5: in riferimento al LOTTO n.5 FASCE DI FISSAGGIO chiediamo se ci potete indicare il riferimento, una foto o un codice del dispositivo attualmente in uso o comunque quello richiesto in trattativa in modo da poter quotare l'articolo più consono alle esigenze del reparto utilizzatore.

Risposta

Il dispositivo di cui al lotto 5 attualmente in uso per i pazienti dell'Aulss n. 8 Berica è “Provox tubeholder” (cod. 7668) fornito dalla ditta Atos Medical.

CHIARIMENTO N. 7

Domanda

Con riferimento al file “Allegato_4B_Modello Offerta Economica”, si chiede conferma che, in caso di partecipazione ad un solo lotto, sia possibile eliminare dal modello le righe relative agli altri lotti non di pertinenza, mantenendo nel file unicamente quella riferita al lotto per il quale si presenta offerta.

Risposta

Si conferma

IL DIRETTORE
*UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA*
Dott. Sandro Possamai